

TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
Tarafından Akredite Edilmiştir.
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0953
2018-M-1742
10-2018

Rapor Numarası (Report Number)	:2018-M-1742	Rapor Tarihi (Date of Report)	:19/10/2018
Analizin Amacı (Purpose of Analysis)	:Korozyon Testi		
Müşteri Adı/Adresi (Customer name/address)	: DTİ İmplant Sistemleri San. Tic. A.Ş./ Tübitak Gebze Yerleşkesi Teknoloji Serbest Bölgesi Yeni Teknoloji Binaları /KOCAELİ		
Numuneyi Gön. Kuruluş (Sample Sent By)	:		
Numunenin Adı ve Tanımı (Name and identity of test item)	: 5x15 Dental Frez		
Numune Tutanak No (Number of record of the sample)	:		
Numune Parti No / Parti Büyüklüğü (Code of Sample)	: 111018-01		
Numunenin Alındığı Yer/(Place of the Sample)	:		
Numunenin Gönderildiği Yazının Tarihi ve Sayısı / (Date and Number of official paper)	:		
Numunenin Ambalajı/Miktarı (Package of Sample/Quantity)	:6 Adet		
Numunenin Alındığı Tarih (Date of Sampling)	:		
Numunenin Kabul Tarihi (Date of receipt of test item)	:12/10/2018		
Analiz Başlama ve Bitiş Tarihi (Date of Test/End of test)	:18/10/2018 – 18/10/2018		
Raporun Sayfa Sayısı (Number of pages)	:2		

Yapılan Analizler (Analysis)	Birim (Unit)	Sonuçlar (Result)	Ölçüm Limiti (Limit Of Measurement)	Geri Kazanım (Recovery)	Ölçüm Belirsizliği (Uncertainty of Meas.)	Analiz Metodu (Analysis Method)	Değ. (Com.)
1-*Korozyon Testi (Kaynar Su Metodu)		Korozyon Görülmedi				TS 5172 EN ISO 13402	U

Açıklama:

AB-0953
2018-M-1742
10-2018

Rapor Numarası (Report Number)

:2018-M-1742

Rapor Tarihi (Date of Report)

:19/10/2018

(*) Analiz Metodu Akreditasyon kapsamındadır. (*) Analysis method is in scope of accreditation.
Değerlendirme (Evaluation):

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen tespit edilmiştir. (The above mentioned values were determined as the result of the inspection and analysis.)
1.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. (No part of this analytical report can be used alone or separately. Unsigned and unsealed reports are defund.)

2.Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir (Analysis results are valid for the above sample)

3.Gerektiğinde "Ölçüm Belirsizliği" ve "Geri Kazanım" bilgileri analiz sonuçları ile birlikte verilir. (When necessary, "Measurement Uncertainty" and "Recover" information are given together with the analysis results)

4.Adli ve idari işlemler ile reklam amacıyla kullanılamaz. İzinsiz olarak kısmen çoğaltılıp yayımlanamaz. (Judicial and administrative procedures to be used for advertising purposes. It can not be partially reproduced and published without permission)

Kısaltmalar: T.E: Tespit Edilemedi , U: Uygun UD.:Uygun Değil , DY:Değerlendirme Yapılmadı Değ: Değerlendirme
Abbreviations: N.A: Not Detected A:Appropriate IA: Inappropriate AF: Assessment Failed EVL :Evaluation

Çel Birim Sorumlusu
Havva Lamia CAVA



Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birim Sorumlusu
Melis Can TABANLI



Tasdik Olunur
19/10/2018

Mehmet Nur ERAT
Laboratuvar Müdürü



ANALİZ LABORATUVAR HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.
Çakmaklı Mah. Hadımköy Bağlantı Yolu Ufuk Plaza
No:57 Kat: 2 No:8 B.Çekmece/İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel:+90 212 798 15 09 - 08
Esenyurt V.D. (645 332 0919)