

AYA VALIDASYON AMBALAJ STERİLİZASYON A.Ş.

Saray Mah. 106. Cad. No:14 A Blok
Kahramankazan-ANKARA
Telefon: 0 312 800 01 05 Faks: 0 312 800 01 06

YAĞ-GRES KALINTISI TESTİ ANALİZ RAPORU OIL/GREASE RESIDUE TEST ANALYSIS REPORT

Protokol Numarası
Protocol Number : 250718-06
Müşterinin Adı
Customer Name : DTİ İMPLANT SİSTEMLERİ SAN.TİC.A.Ş
Müşterinin Adresi
Customer Address : TÜBİTAK GEBZE YERLEŞKESİ TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGE YENİ
TEKNOLOJİ BİNALARI GEBZE
Numunenin Adı ve Tarihi
Name and Identity of Test Item : 4-10 SLA Standart İmplant
Lot Numarası
Lot Number : 250718-03
Numunenin Kabul Tarihi
The Date of Receipt of Test Item : 25.07.2018
Validasyon Kapsamı ve Numarası
Scope of Validation and Number : -
Açıklamalar
Remarks : Yıkama Sonrası
After Washing
Deneyin Başlangıç - Bitiş Tarihi
Start and Finish Date of The Test : 25.07.2018-30.07.2018
Raporun Toplam Sayfa Sayısı
Number of Pages of The Report : 2

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.



Tarih
Date
30.07.2018

Testi Gerçekleştiren
Performed By
Sezin Kandemir

Onaylayan
Approved By
Erdem Savaş



Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This test report shall not be reproduced either in full except with permission of the laboratory. Test reports are not valid without signature and seal.



AYA VALİDASYON AMBALAJ STERİLİZASYON A.Ş.

Saray Mah. 106. Cad. No:14 A Blok
Kahramankazan-ANKARA
Telefon: 0 312 800 01 05 Faks: 0 312 800 01 06

YAĞ-GRES KALINTISI TESTİ ANALİZ RAPORU OIL/GEREASE REIDUES TEST ANALYSIS REPORT

- 1) **Protokol Numarası** : 250718-06
Protocol Number
- 2) **Ortam Şartları** : **Sıcaklık: 23,5°C** **Nem:36 %**
Enviromental Conditions : *Temperature* *Humidity*
- 3) **Yöntem/Referanslar** : Gravimetrik Kantitatif Yöntem/ SM 5520 – B/ASTM F2459
Method/References : *Gravimetric Method/SM 5520-B/ASTM F2459*
- 4) **Talimat Numarası** : AYA.TL.3.34
Instruction Nunber
- 5) **Analiz Metodu** : Gravimetrik Analiz
Analysis Method : *Gravimetric Analysis*
- 6) **Numune Sayısı** : 3
Number of Products
- 7) **Bilgilendirme Notları** : Hekzane Ekstraksiyonu
Informative Notes : *Hexane Extraction*

Sonuçlar:

Results:

ÜRÜN NO PRODUCT NO	SONUÇLAR (g) RESULTS (g)	LİMİTLER LIMITS	ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ UNCERTAİNTY	TAYİN LİMİTİ LOQ	STANDART STANDARD
1	<0,01 g	-	±%8,3	<0,01 g	SM 5520 – B ASTM F2459
2	<0,01 g	-	±%8,3	<0,01 g	SM 5520 – B ASTM F2459
3	<0,01 g	-	±%8,3	<0,01 g	SM 5520 – B ASTM F2459



Bu analiz raporu laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This test report shall not be reproduced either in full except with permission of the laboratory. Test reports are not valid without signature and seal.